

Tabela 2
Table 2

Metody analityczne i granice oznaczalności
Analytical methods and detection limits

| Pierwiastek /związek Element/ compound | Metoda analityczna Analytical method | Jednostka Unit | Granica oznaczalności Detection limit | Metoda analityczna Analytical method | Jednostka Unit | Granica oznaczalności Detection limit | |
|--|--|-------------------|---|--|--------------------|---|--|
| | Gleby, osady Soils, sediments | | | Wody powierzchniowe Surface water | | | |
| Ag | ICP-AES | mg/kg | 1 | | | | |
| Al | | | | ICP-AES | mg/dm ³ | 0.1 | |
| As | ICP-AES | mg/kg | 5 | ICP-AES | mg/dm ³ | 0.04 | |
| B | | | | ICP-AES | mg/dm ³ | 0.02 | |
| Ba | ICP-AES | mg/kg | 1 | ICP-AES | µg/dm ³ | 1 | |
| Be | ICP-AES | mg/kg | 0.5 | | | | |
| Ca | ICP-AES | % | 0.01 | ICP-AES | mg/dm ³ | 1 | |
| Cd | ICP-AES | mg/kg | 0.5 | ICP-AES | µg/dm ³ | 3 | |
| Co | ICP-AES | mg/kg | 1 | ICP-AES | µg/dm ³ | 5 | |
| Cr | ICP-AES | mg/kg | 1 | ICP-AES | µg/dm ³ | 5 | |
| Cu | ICP-AES | mg/kg | 1 | ICP-AES | µg/dm ³ | 5 | |
| Fe | ICP-AES | % | 0.01 | ICP-AES | mg/dm ³ | 0.02 | |
| Hg | CV-AAS | mg/kg | 0.05 | | | | |
| K | | | | ICP-AES | mg/dm ³ | 1 | |
| Li | | | | ICP-AES | mg/dm ³ | 0.02 | |
| Mg | ICP-AES | % | 0.01 | ICP-AES | mg/dm ³ | 0.1 | |
| Mn | ICP-AES | mg/kg | 1 | ICP-AES | µg/dm ³ | 1 | |
| Mo | ICP-AES | mg/kg | 1 | | | | |
| Na | | | | ICP-AES | mg/dm ³ | 1 | |
| Ni | ICP-AES | mg/kg | 1 | ICP-AES | µg/dm ³ | 8 | |
| P | ICP-AES | % | 0.005 | ICP-AES | mg/dm ³ | 0.04 | |
| Pb | ICP-AES | mg/kg | 3 (gleby) 5 (osady) | | | | |
| S | ICP-AES | % | 0.005 | | | | |
| SiO ₂ | | | | ICP-AES | mg/dm ³ | 0.3 | |
| SO ₄ | | | | ICP-AES | mg/dm ³ | 1 | |
| Sr | ICP-AES | mg/kg | 1 | ICP-AES | µg/dm ³ | 1 | |
| Ti | ICP-AES | mg/kg | 1 | ICP-AES | µg/dm ³ | 5 | |
| V | ICP-AES | mg/kg | 1 | ICP-AES | µg/dm ³ | 8 | |
| Y | ICP-AES | mg/kg | 0.5 | ICP-AES | µg/dm ³ | 0.5 | |
| Zn | ICP-AES | mg/kg | 1 | ICP-AES | µg/dm ³ | 5 | |

ICP-AES – Atomowa spektrometria emisjyjna ze wzbudzeniem plazmowym
Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry

CV-AAS – Atomowa spektrometria absorpcyjna z techniką zimnych par
Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometry